



<医療事故> **酸素と誤りCO2吸入、2人死亡** 福岡

福岡県八女市の公立八女総合病院は27日、患者2人の緊急手術の際、酸素と誤って二酸化炭素を吸入させ、2人はその後死亡したと発表した

同病院によると手術室に運んだ際、移動時に使う専用の酸素ボンベが空になっていることを確認。看護師が**誤って持ってきた二酸化炭素のボンベをつなぎ**、入り口から手術台までの約20メートル二酸化炭素を吸入させながら運んだ。当時、周囲にはこの看護師を含め3人のスタッフがいたが、ミスに気付かなかったという。

さらに搬送されてきた重傷患者を手術する際も、**誤ってこの二酸化炭素ボンベを取り付け**、手術室内の入り口と手術台の間を運んだという。

医療用ボンベについての注意点！

酸素ボンベは 黒



流量計の接続が異なりますが両方とも**医療用**



二酸化炭素ボンベは 緑



流量計の接続が異なりますが...



医療用

産業用



医療用は口径が違うので合いませんが



口径が同じ
↓
流量計が
合ってしまう

医療用酸素ボンベと産業用二酸化炭素ボンベは口径が同じです。

(当院には産業用二酸化炭素はありません)